



งานเลขานุการ ผอ. กบรส.
เลขที่รับ 12445
วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา 13.13

กองบริหารการสาธารณสุข
เลขรับ 8049
วันที่ 18 ก.ย. 2563
เวลา 11:28 น.

ที่ นม ๐๐๓๒.๐๑๐/ ๙๖๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕ ม.๑๑ ต.โคกกรวด นม ๓๐๒๕๐

๖๗) กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งคุณลักษณะเฉพาะและราคา รายการครุภัณฑ์รองรับการจัดบริการทันตกรรมในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะและราคาของเครื่องมือ ซักชั้น ๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุขร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมหารือ การปรับปรุงระบบบริการทันตกรรมรองรับการจัดบริการทันตกรรมในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมพิจารณาครุภัณฑ์ทันตกรรม รวมถึงแนวทางการปรับปรุงห้องทันตกรรมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ลดการแพร่กระจายละอองฝอยและเชื้อโรค ในสภาพแวดล้อมของห้องทันตกรรม ตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยมอบหมายให้ชมรมทันตแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำรายละเอียด ในส่วนของครุภัณฑ์ทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในนามชมรมทันตแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย ขอส่งรายการครุภัณฑ์ คือ เครื่องมือ ซักชั้น แรงดูดกำลังสูงสำหรับติดตั้งกับยูนิตทันตกรรม ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อโปรดพิจารณาบรรจุในรายการครุภัณฑ์ทันตกรรมของกองบริหารการสาธารณสุขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

มอบ กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวณีน ชื่นเจริญสุข)

(นายวิชาญ คัดเห็น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน รักษาราชการแทน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

โทร.๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๐ - ๔ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๒๑

ชื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ทำงานเป็นทีม แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

มอบงานพัฒนาระบบวิชาชีพ

THAILAND
BIENNALE
KORAT 2020

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒
Thailand Biennale, Korat 2020
ธันวาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

21/05/63

คุณลักษณะมอเตอร์ซัคชั่น แรงดูดกำลังสูงชนิด High Volume Evacuator (HVE)

สำหรับติดตั้งกับยูนิตทันตกรรม แบบ ๑ ตัวต่อ ๑ ยูนิต (ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท)

๑. ความต้องการและวัตถุประสงค์

ระบบ มอเตอร์ ซัคชั่น แรงดูดกำลังสูงที่พร้อมติดตั้งใช้ร่วมกับยูนิตทันตกรรม สำหรับดูดน้ำลาย/น้ำและ ละอองฝอย ที่เกิดขึ้นขณะทำการทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค มีดังนี้

๒.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและออกแบบมาสำหรับใช้งานทางทันตกรรมโดยเฉพาะ (Dental Motor Suction)

๒.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาดแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ($\pm 10\%$) ความถี่ ๕๐ Hz

๒.๓ ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่ทนทาน ไม่เกิดสนิมหรือกัดกร่อนง่าย

๒.๔ มีค่าแรงดูดสุญญากาศ (Vacuum pressure) โดยวัดที่ปลายช่องต่อของสาย มีค่า -๑๒๐ mmHg ถึง -๑๘๐ mmHg (หรือเทียบเท่า ๑๗๐ mbar - ๒๕๐ mbar)

๒.๕ มีค่าอัตราการดูดอากาศ (Air volume flow rate) อย่างน้อย ๓๐๐ ลิตร/นาที (วัดที่ปลายช่องต่อของสาย)

๒.๖ ในการติดตั้งต้องมีการวางระบบท่อระบายที่ได้มาตรฐานตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

๒.๗ มีการติดตั้ง Bacteria Filter และตู้ครอบที่ได้มาตรฐาน

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันตรวจรับ

๓.๒ ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์แสดงรูปและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องจากที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้ผู้ซื้อใช้ประกอบการพิจารณา

๓.๓ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบและวัดประเมินประสิทธิภาพของ Motor suction ตามคุณสมบัติที่กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นเชิงประจักษ์ และมีการแนะนำวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่าง ถูกต้อง

๓.๔ ในการทดสอบคุณสมบัติข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ ทำการวัดค่าเมื่อมีการยกสาย High power suction และ Saliva ejector พร้อมกัน